

Online Quotation

जा.क्र.बैजीशावैम/खवि/14222/२०२०
अधिष्ठाता याचे कार्यालय,
बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,पुणे.
दिनांक - 31/12/2020


प्रति,

विषय : या संस्थेतील विविध विभागाकरीता ३ लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची यंत्रसामुग्री

या संस्थेच्या विविध विभागासाठी खाली दिलेल्या तक्त्यातील यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी मोहोरबंद पाकिटात दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. तरी सदर पत्राद्वारे आपणास विनंती करण्यात येते की, आपण खाली नमूद केलेल्या यंत्र व उपकरणांसाठी दरपत्रके दि. ८/१/२०२१ पर्यंत या संस्थेत सादर करावी. यंत्रांची किंमती सर्व करांसहीत नमूद करावी.

यंत्राचे नाव	आवश्यक नग	विभागाचे नाव
डायरेक्ट ऑपथॅल्मोस्कोप	०५	नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र
स्ट्रीक रेटीनोस्कोप एल ई डी	०५	
एम्बाल्मींग मशीन	०९	शरीररचनाशास्त्र
सेमीऑटोमेटेड युरीन स्ट्रिप्स अॅनालाईझर	०२	
प्रिशिअस बॅलन्स	०९	शरीरविकृतीशास्त्र
टिड्यु फ्लॅटनिंग टेबल३	०९	
बी पी अॅपरेटस स्फाग्नोमॅनोमिटर	३०	
ई सी जी मशीन	०९	
मोसोज इगोग्राफ	०४	शरीरक्रियाशास्त्र
पेरिमिटर प्रिझेटली स्मिथ	०४	
न्युमोग्राफ ऑर स्टेथोग्राफ	०६	
डाटा रेकॉर्डिंग सिस्टिम (डिजिटल फिजीओग्राफ)	०९	
पी सी बेस्ड स्पायरोमिटर	०९	
सेंट्रीफयुज	०९	औषधाशास्त्र
अल्कोहोल ब्रिद अॅनालाईझर	०९	मनोविकृतीशास्त्र

दरपत्रके मोहोरबंद पाकिटातच सादर करावी. दरपत्रकाच्या पाकिटावर या कार्यालयाचा पत्र क्रमांक, दिनांक, वस्तुचे नाव व दरपत्रक स्विकृतीचा अंतिम दिनांक नमूद करावा. दरपत्रके स्विकारण्याचे सर्व अधिकार संस्थेने राखून ठेवले आहेत.


अधिष्ठाता

बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे.

~~शोषित विनिर्दिष्ट जाडव्यात झालेली आहेत.~~

1) SPECIFICATION FOR OPHTHALMOSCOPE BETA 200 LED

- Accommodate higher refractive errors with 27 single lenses Rekoss disc.
- Beta Rechargeable handle with EN 100/EN 200 Wall transformers
- 6 Apertures

2/1/20

SPECIFICATION FOR STREAK RETINOSCOPE LED

- Used for exact measurement of the refractive error.
- Homogenous LED illumination for precise streak image quality with line width of 1.1mm and line length of 35mm
- Exclusive continuous Brightness control
- Integrated polarization filter.

Signature